

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李初绍德,	
	职称: 医疗器械工程师	
	工作单位: 信宜市人民医院	
项目信息	项目名称: 信宜市白石镇卫生院数字化彩色多普勒超声波诊断装置设备相控阵探头及软件采购项目	
	供应商名称: 广东日瑞贸易有限公司	
专业人员论证意见	本项目采购的是富士(日立)新超的相控阵10-15MHz的探头, 侧重于心脏检查, 该探头属于专造配件。因各品牌的新超探头接口规格(参数)不一, 均无法兼容其它品牌的探头, 具有唯一性, 所以只能造配原厂品牌的探头, 建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	李初绍德,	日期: 2024年2月5日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员本人手工单独填写。

附件



### 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 信宜市慢性病防治站	
项目信息	项目名称: 信宜市白石镇卫生院数字化彩色多普勒超声波诊断装置设备相控阵探头及软件采购项目	
	供应商名称: 广东日瑞贸易有限公司	
专业人员论证意见	<p>本项目采购的相控阵超声探头,设备型号:ARI ETTA 60 主机兼容富士探头仅原厂适配,第三方产品无法物理连接,因此本次采购项目只能从原厂供应商处采购,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定之一情形:必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原厂处添购。</p> <p>建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字		日期 2016年 2月 5日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员本人手工单独填写。

附件

### 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 	
	职 称： 三级咨询师	
	工作单位： 信宜市司法局	
项目信息	项目名称：信宜市白石镇卫生院数字化彩色多普勒超声波诊断装置设备相控阵探头及软件采购项目	
	供应商名称：广东日瑞贸易有限公司	
专业人员论证意见	<p>根据现有资料可知，本项目拟采购的数字化彩色超声诊断装置（设备型号：ARIEITA的）主机仅兼容富士胶片原厂探头，第三产品无法物理连接。而富士胶片（中国）投资有限公司是目前唯一一家提供本项目原有彩色超声诊断装置探头的供应商，而广东日瑞贸易有限公司为富士胶片（中国）投资有限公司的原有产品探头的供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，本项目建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字		日期 2026 2 月 1 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员本人手工单独填写。